

تزریق ایمن

پیرو استعلامات مکرر مراکز درمانی در خصوص نحوه دفع سرنگ و نیدل در سفتی باکس موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد:

ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی پسماندهای پزشکی مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۷؛ کلیه پسماندهای تیز و برنده باید در ظروف ایمن سفتی باکس جمع آوری و نگهداری شود.

- دستور العمل تزریقات ایمن مورخ ۸۸/۴/۷ مصوبه هیئت وزیران: پس از تزریق از گذاردن در پوش سر سوزن اکیداً خودداری نمائید مگر در شرایط خاص از جمله اخذ نمودن نمونه های ABG یا کشت خون و سایر نمونه های آزمایشگاهی

در موارد ضروری جهت در پوش گذاری سرسوزن از وسیله مکانیکی به منظور نگهداشتن در پوش استفاده نمائید یا از یک دست جهت گذاردن در پوش سرسوزن استفاده کنید.

بدیهی است و سایل تیزی و برنده شامل کلیه وسایل تیز مصرف شده و نشده تمیز نظیر بیستوری، آنژیوکتها، شیشه های شکسته سرم، گایدهای جراحی، پنس های شکسته، سرسوزن و می باشد.

- لازم به ذکر است در آزمایشگاه و مکانهایی که نمونه گیری خون انجام می شود ضروری است که نیدل از سرنگ جدا گردد سرنگ در سطل زباله عفونی و نیدل در سفتی باکس دفع گردد و در سایر موارد ترجیحاً سرنگ با نیدل دفع گردد.